



Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Самарской области «Тольяттинский
лечебно-реабилитационный центр «Ариадна»

445051, Самарская область, г. Тольятти, ул. Маршала Жукова, 3
тел./факс: 8(8482) 324-029
<https://ariadnatf.ru> 04044@mail.miac.samregion.ru

ИНН 6320003481, КПП 632101001

02.03.2026 № 93
на № _____ от _____

ОТЗЫВ О КЛИНИЧЕСКОМ ПРИМЕНЕНИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Медицинское изделие: «Аппарат физиотерапевтический "ИМПЛОВИТ" по ТУ 26.60.13-005-40958670-2018»;
Производства: ООО МНПФ "ЮКОНД"
Регистрационное удостоверение: РУ № РЗН 2020/10676 от 11 июня 2020 года.

В нашем учреждении Государственном бюджетном учреждении здравоохранения Самарской области «Тольяттинский лечебно-реабилитационный центр "Ариадна", медицинская продукция «Аппарат физиотерапевтический "ИМПЛОВИТ" по ТУ 26.60.13-005-40958670-2018», производства ООО МНПФ "ЮКОНД", применяется с 01.12.2024г. Данное оборудование позволяет эффективно и безопасно проводить процедуры с использованием электромагнитного поля с целью улучшения кровообращения и питания тканей, насыщения клеток кислородом, оттока венозной крови и лимфы, улучшения иммунитета, снижения болевых ощущений, уменьшения проявлений аллергии, успокаивающий эффект, устранения противовоспалительного эффект, улучшения тонуса и внешнего вида кожи. В процессе использования было отмечено, что изделие высококачественное и удобно в применении, а также аппарат применялся для пациентов детского возраста (от 1 года до 18 лет) под наблюдением, что позволило расширить круг пациентов.

Таблица выявления неблагоприятных факторов. (Общее количество пациентов за весь период эксплуатации более 350 человек).

Процедура	Заявленный результат	Побочные эффекты	Примечание	Кол-во пациентов, проходящих процедуру.
Последствие невритов	Результат был достигнут	Небольшое покалывание и жжение во время процедуры	Жалоб от пациентов после процедуры не поступало	Около 83 человек
Заболевания периферической нервной системы (невралгия)	Результат был достигнут	Покраснение кожи после процедуры	Незначительные неприятные последствия после процедуры не повлияли на положительный настрой наших пациентов по отношению к данному аппарату	Около 45 человек
Последствия невритов	Желаемый результат был достигнут не в полной мере	Во время процедуры неблагоприятных ситуаций не выявлено	10% пациентов не достигли желаемого результата	Около 36 человек
Неврозы	Результат был достигнут	После процедуры возможно наличие отека около обрабатываемого участка	Незначительные неблагоприятные ситуации не повлияли на положительное отношение пациентов к данному аппарату	Более 53 человек
Нейроциркуляторная дистония	Желаемый результат был достигнут не в полной мере	После процедуры возможно наличие отека около обрабатываемого участка	Жалоб от пациентов после процедуры не поступало	Более 41 человек
Энурез	Результат был достигнут	Во время процедуры неблагоприятных ситуаций не выявлено	Жалоб от пациентов после процедуры не поступало	Более 64 человек
Нейродермит	Результат был достигнут	Небольшое покалывание и	Жалоб от пациентов после	Около 38 человек

