

государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
Самарской области
«Тольяттинская городская
клиническая больница № 2 имени
В.В.Банькина»

445020, Самарская область,
г. Тольятти, ул. Банькина, 8
Тел.: 8(8482) 71-52-00 многоканальный,
8 (8482) 79-06-16 канцелярия.
E-mail: 04021@mail.miac.samregion.ru
ИНН 6320003386 КПП 632401001
ОКПО 43863007 ОГРН 1026301977316

03 МАР 2026

№ 518

На № _____ от _____

Директору
ООО МНПФ «ЮКОНД»
i@kaa99.ru

Куницыну Ю.Г.

Отзыв о клиническом применении
медицинского изделия

В течение 18-ти месяцев в отделениях нашей медицинской организации широко используются медицинские изделия производства ООО МНПФ "ЮКОНД", а именно «Аппарат физиотерапевтический "ИМПЛОВИТ" по ТУ 26.60.13-005-40958670-2018», (РУ № РЗН 2020/10676 от 11 июня 2020 года).

В процессе деятельности нашей организации использование «Аппарат физиотерапевтический "ИМПЛОВИТ" по ТУ 26.60.13-005-40958670-2018» производства ООО МНПФ "ЮКОНД", Россия, позволяет безопасно и эффективно справляться с поставленными задачами. Ниже приведена таблица эксплуатации аппарата с некоторыми видами процедур, проводимыми в нашем лечебном учреждении. При этом указано количество пациентов, с которыми проводились процедуры за 18 месяцев эксплуатации медицинского изделия.

Проводимая процедура	Кол-во пациентов	Качество проводимой процедуры	Примечания
Остеохондроз позвоночника	Свыше 117 чел/за 12 мес.	На 90% данный аппарат справился со своей задачей	6% пациентов не получили желаемого результата
Мигрень	Свыше 164 чел/за 12 мес.	На 85% данный аппарат справился со своей задачей.	10% пациентов не получили желаемого результата
Бессонница	Свыше 147 чел/за 12 мес.	На 90% данный аппарат справился со своей задачей	5% пациентов не получили желаемого результата от процедуры
Воспаление слизистой оболочки рта	Свыше 206 чел/за 12 мес.	На 85% данный аппарат справился со своей задачей.	10% пациентов не получили желаемого результата
Гайморит	Свыше 130 чел/за 12 мес.	На 84% данный аппарат справился со своей задачей.	9% пациентов не получили желаемого результата
Нарушение чувствительности	Свыше 504 чел/за 12 мес.	На 87% данный аппарат справился со своей задачей.	7% пациентов не получили желаемого результата

Воспалительные процессы женских половых органов	Свыше 253 чел/за 12 мес.	На 85% данный аппарат справился со своей задачей.	4% пациентов не получили желаемого результата от процедуры
Целлюлит	Свыше 207 чел/за 12 мес.	На 82% данный аппарат справился со своей задачей.	10% пациентов не получили желаемого результата от процедуры
Нарушение периферического кровообращения	Свыше 299 чел/за 12 мес.	На 87% данный аппарат справился со своей задачей.	5% пациентов не получили желаемого результата

Данная таблица демонстрирует, что «Аппарат физиотерапевтический "ИМПЛОВИТ" по ТУ 26.60.13-005-40958670-2018» производства ООО МНПФ "ЮКОНД", Россия, использовали на себе свыше 2000 человек.

Во время применения опасных ситуаций не произошло. Перед процедурой пациенты были опрошены на отсутствие состояния беременности и наличия врожденных патологий. Со стороны пользователей (медицинских работников) жалобы не поступали, со стороны пациентов - 8/10 положительно отзываются о данном аппарате. Продукция зарекомендовала себя как удобная, безопасная, и как изделие стабильно высокого качества, которое справляется со своей задачей.

Главный врач



В.Ю. Сибряев

71-52-52